

Số: 178 /YCBG -BV

Phú Yên, ngày 21 tháng 04 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà cung cấp mua sắm, sửa chữa với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
- Nguyễn Thị Minh Phú, bộ phận văn thư; số điện thoại: 02573829023
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 15 Nguyễn Hữu Thọ phường 9, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên.
(Báo giá đến phải được bỏ vào phong bì, niêm phong kín, bên ngoài ghi rõ nội dung: báo giá hàng hóa, dịch vụ...theo yêu cầu báo giá số...ngày..., tháng..., năm... của bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên)
- Thời hạn tiếp nhận báo giá:
- Từ 08h ngày 21 tháng 04 năm 2025 đến trước 17h ngày 05 tháng 05 năm 2025⁽²⁾
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá:
- Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 05 tháng 05 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị).


Số TT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Khối lượng mời thầu	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
01	Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao số máy: 0329713-16 và 0333512-09. - Hãng SX: Steris/Mỹ - Bảo trì 3 tháng/lần, 1 năm 4 lần.	1/Kiểm tra hệ thống điện: - Nguồn điện cung cấp cho máy 2/ Kiểm tra các bộ phận trong máy: - Áp lực nước vào - Điện trở bồn tạo hơi - Máy bơm chân không	Máy	02	12 tháng

- Thay thế các phụ kiện không tính phí, nếu hư hỏng gồm: + Van điện điều khiển (số lượng 3 cái) + Điện trở nhiệt (số lượng 1 cái) + Gioăng cửa silicon (số lượng 1 cái) + Bơm nước (số lượng 1 cái) + Bơm chân không (số lượng 1 cái) + Bộ điều khiển trung tâm (số lượng 1 cái) + Màn hình điều khiển (số lượng 1 cái)	- Máy bơm cấp nước cho bồn tạo hơi - Gioăng cửa 3/ Kiểm tra hệ thống bảo vệ: - Van an toàn buồng hấp - Hệ thống dừng khẩn cấp - Kiểm tra hệ thống đường ống: - Kiểm tra đường ống cấp, xả nước - Kiểm tra rò rỉ các điểm nối giữa các ống 4/ Vệ sinh buồng đun (buồng tạo hơi): - Vệ sinh buồng đun 5/ Vệ sinh máy: - Vệ sinh các tấm bao che của máy (bên ngoài) 6/ Vệ sinh khay đựng cụ: - Làm vệ sinh khay hấp			
--	---	--	--	--

Lưu ý: Báo giá Bệnh viện nhận được là giá trọn gói, đã bao gồm thay thế vật tư không tính phí, thuế và các chi phí khác./. (Báo giá đính kèm theo hồ sơ năng lực có liên quan đến sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng máy hấp)

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGĐ (để biết);
- Tổ vi tính (Đăng Website bệnh viện);
- Đăng tải Website SYT;
- Lưu: VT; phòng VT-TBYT.



Bà Anh Hòa